

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN <i>"Juntos mejoramos tu salud"</i> NIT 891.580.002-5	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	FO-ARH-01
		Versión: 03
		Página 1 de 1

Popayán 07 de septiembre de 2020

Sr. **DIEGO QUILINDO**
Coordinador Almacén y Suministros
Hospital Universitario San José E.S.E


Cordial saludo

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO RESPIRADOR 8210 3M

Una vez realizada la revisión de la ficha técnica, la consulta de la información disponible en internet, la inspección de la muestra recibida suministrada por quien sería el proveedor y, acudiendo al principio de buena fe contemplado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia nos permitimos comentar que el respirador relacionado en el asunto puede ser utilizado en la institución con fines de alta eficiencia para precauciones para transmisión por vía aérea.

NOTA: El radicado INVIMA, no corresponde al producto.

Atentamente



VICTOR HUGO LOZANO
M Interna - Infectología
Coordinador Prevención y Control de Infecciones
Hospital Universitario San José de Popayán



EDISSON FERNANDO BAMBAGUE
Enf. Prevención y Control de Infecciones
Contratista SAIRENA
Hospital Universitario San José de Popayán

Proyectó: Edison F Bambague
Anexos: NA
Copia: NA

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN <i>"Juntos mejoramos tu salud"</i> NIT 891.580.002-5	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	FO-ARH-01
		Versión: 03
		Página 1 de 1

Popayán 07 septiembre de 2020

Sr. DIEGO QUILINDO
Coordinador Almacén y Suministros
Hospital Universitario San José E.S.E

Cordial saludo

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO MASCARILLA QUIRURGICA **PromPack**

Especificaciones: Mascarilla quirúrgica médica (no
esteril)

Una vez realizada la revisión de la información suministrada por quien sería el proveedor, la inspección y evaluación a la muestra enviada (sobre de manila con bolsa resellable en su interior y tres unidades a su vez, sin marca comercial) y acudiendo al principio de buena fe contemplado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, nos permitimos comentar que el elemento relacionado en el asunto se puede utilizar con fines de protección en precauciones por **GOTAS**.

Atentamente



VICTOR HUGO LOZANO
M Interna - Infectología
Coordinador Prevención y Control de Infecciones
Hospital Universitario San José de Popayán



EDISSON FERNANDO BAMBAGUE
Enf. Prevención y Control de Infecciones
Contratista SAIRENA
Hospital Universitario San José de Popayán

Proyectó: Edison F Bambague
Anexos: NA
Copia: NA



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPAYÁN

"Juntos mejoramos tu salud"

NIT 891.580.002-5

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

FO-ARH-01

Versión: 03

Página 1 de 1

Popayán 07 de septiembre de 2020

Sr. **DIEGO QUILINDO**

Coordinador Almacén y Suministros

Hospital Universitario San José E.S.E

Cordial saludo

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO MASCARILLA KN 95 PromPack

Una vez realizada la revisión de la ficha técnica, la consulta de la información disponible y la inspección de la muestra del elemento relacionado en el asunto suministrada por quien sería el proveedor, nos permitimos comentar:

- A la evaluación del elemento, se encuentra que las bandas de sujeción a orejas no permiten realizar un ajuste ideal a cara, característica fundamental de un respirador N95.
- La prueba de presión positiva - negativa no se puede realizar a falta de sellado facial.

Por lo anterior este elemento NO pudiera ser utilizado en la institución con fines de alta eficiencia.

Atentamente

VICTOR HUGO LOZANO

M Interna - Infectología

Coordinador Prevención y Control de Infecciones

Hospital Universitario San José de Popayán

EDISON FERNANDO BAMBAGUE

Enf. Prevención y Control de Infecciones

Contratista SAIRENA

Hospital Universitario San José de Popayán

Proyectó: Edison F Bambague

Anexos: NA

Copia: NA

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN <i>"Juntos mejoramos tu salud"</i> NIT 891.580.002-5	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	FO-ARH-01
		Versión: 03
		Página 1 de 1

Popayán 07 septiembre de 2020

Sr. **DIEGO QUILINDO**

Coordinador Almacén y Suministros
Hospital Universitario San José E.S.E

Cordial saludo


ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO MASCARILLA QUIRURGICA **CRAMKO VIVE SOLUTIONS**

Especificaciones: Mascarilla quirúrgica médica (no estéril).

Una vez realizada la inspección a la muestra enviada (sobre de manila sellado, con tres unidades en su interior sin marca comercial), no revisada información pues no es suministrada por quien sería el proveedor.

Nos permitimos comentar que el elemento relacionado en el asunto, dadas las características de elaboración podría utilizarse con fines de protección en precauciones por **GOTAS**, sin embargo es de destacar que la capa de tela interna (la que hace contacto con la cara) es de un material que al contacto o roce con la piel libera unas fibras que provocan picazón, prurito, lo cual podría convertirse en un factor de riesgo para infección cruzada en quien la utilice por la manipulación a que es inducida.

Atentamente


VICTOR HUGO LOZANO
M Interna - Infectología
Coordinador Prevención y Control de Infecciones
Hospital Universitario San José de Popayán


EDISSON FERNANDO BAMBAGUE
Enf. Prevención y Control de Infecciones
Contratista SAIRENA
Hospital Universitario San José de Popayán

Proyectó: Edisson F Bambague
Anexos: NA
Copia: NA